

聯興醫事檢驗所公告

公告編碼：2024-011

日期：113年10月01日

公告事項：

1. 檢驗項目ANA 抗細胞核抗體變更代檢單位，變更參考區間。
2. 檢驗項目Anti-ds DNA DNA抗體變更代檢單位，變更參考區間
3. 檢驗項目Immunoglobulin A · IgA 免疫球蛋白A 因參考區間審查，變更參考區間
4. 檢驗項目PIVKA-II 異常凝血酶原定量 變更分析方法及變更參考區間
5. 檢驗項目Systemic Sclerosis Abs 全身性硬化症抗體篩檢、ALD antibodies 自體免疫肝炎抗體，調整報告內容
6. 委外檢驗項目Cholesterol Electrophoresis · Cholesterol-EP · HDL-EP項目停做
7. 檢驗項目Serum ketone body (quantitative) · D-3-Hydroxybutyrate 血清酮體定量分析，偶有試劑缺藥，暫時不操作。

1. 自2024年9月27日起，ANA 抗細胞核抗體變更代檢單位，變更參考區間。

檢驗項目: ANA 抗細胞核抗體

健保編號: 12053C 抗細胞核抗體

參考區間: <1:40X Negative

分析方法: Indirect. Immunofluorescence Assay ; Immuno Concepts

報告時效: 四個工作天

注意 113年9月27日起送檢的檢體，將其影響報告內容及參考區間

(原參考區間:1:80(-))

2. 自2024年9月27日起，Anti-ds DNA變更代檢單位，變更參考區間。

檢驗項目: Anti-ds DNA

健保編號: 12060C

參考區間: Negative: 0-200, Equivocal: 201-300, Moderate Positive: 301-800, Strong Positive: >800

單位: IU/mL

分析方法: Enzyme-linked Immunosorbent Assay ; INOVA , ThunderBolt

報告時效: 四個工作天

注意 113年9月27日起送檢的檢體，將其影響報告內容及參考區間

(原參考區間: < 10(-) ; 10-15(±) ; >15(+))IU/mL)

3. 委外代檢單位檢驗項目Immunoglobulin A · IgA 免疫球蛋白A 因參考區間審查，變更參考區間

檢驗項目:ImmunoglobulinA·IgA
 健保編號:12027B 免疫球蛋白A
 參考區間:40-350mg/dL
 (原參考區間:70-400mg/dL)

4. 自113年09月09日起,檢驗項目PIVKA-II 異常凝酶原定量,變更分析方法相關內容如下:

檢驗項目:PIVKA-II
 健保編號:12211B 異常凝血酶原定量
 分析方法: Chemiluminescent Microparticle Immunoassay(CMIA) , Alinity i , Abbott
 參考區間 : 11.12~32.01 mAU/mL
 (原分析方法:Chemiluminescent Enzyme Immunoassy : Fujirebio Lumipulse G1200)
 (原參考區間:: <40mAU/mL)

5. 檢驗項目Systemic Sclerosis Abs 全身性硬化症抗體篩檢、ALDantibodies 自體疫肝炎抗體為定性檢測,故針對報告內容進行調整,自113年09月12日起,發出的報告將調整如下:

報告格式:Negative - Borderline -Positive - Strong Positive
 參考區間：陰性(Negative)
 根據仿單，Borderline結果應評定為增強但為陰性(increased but Negative)。

	報告內容
檢驗值	Negative、Borderline、Positive、Strong Positive
Class	0、(+)、+、++、+++
Signal intensity	0-5、6-10、11-25、26-50、>50

6. 委外檢驗項目Cholesterol Electrophoresis · Cholesterol-EP · HDL-EP項目停做

7. 委外單位檢驗項目Serum ketone body (quantitative) · D-3-Hydroxybutyrate 血清酮體定量分析，偶有試劑缺藥，暫時不操作；如需操作請先來電。

聯興醫事檢驗所
 負責人黃柏樺敬上