

聯興醫事檢驗所公告

公告編碼：2025-03

日期：114年02月25日

公告事項：

1. 檢驗項目**Digoxin**、**Phenytoin(Dilantin)**、**Theophylline** 茶鹼自3月1日起由本所自行操作，參考區間有變。
2. 檢驗項目**25-OH Vitamin D Total(25-氫氧基維生素D)**更換儀器操作，參考區間有變。

1. 自2025年3月1日起，檢驗項目**Digoxin**、**Phenytoin(Dilantin)**、**Theophylline** 茶鹼，由本所自行操作，相關內容如下：

項 目	Digoxin	Phenytoin(Dilantin)	Theophylline
	血中藥物濃度測定-長葉毛地黃	血中藥物濃度測定-二苯妥因	茶鹼
健保編號	10511C	10502B	10509B
儀 器	Beckman DxI 800	Beckman AU5800	Beckman AU5800
單 位	ng/ml	ug/ml	ug/ml
參考區間	1.0-2.0	10.0-20.0	10.0-20.0
原參考區間	0.9-2.0; toxic:>2.0	10-20,Toxic>30	10.0-20.0
參考區間差異	變動	變動	不變

2. 自2025年3月1日起，檢驗項目**25-OH Vitamin D Total (25-氫氧基維生素D)**，更換儀器操作，相關內容如下：

項 目	25-OH Vitamin D Total
	25-氫氧基維生素 D
健保編號	無
儀 器	ABBOTT Alinity i
單 位	ng/ml
參考區間	>30.0
原參考區間	Sufficient(充足):30.0-100.0 ; Insufficient(不足):10.0-30.0 ; Deficient(缺乏):<10.0 ; Toxic: >100.0
參考區間差異	變動

**聯興醫事檢驗所
負責人黃柏樺敬上**